



DA- AZP- 380- 6/4/16

Tarnowskie Góry, 22.04.2016r.

WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA  
PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, nr sprawy GCR/15/ZP/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dot. Pozycji 28 - Respirator 10 szt. (Załącznik nr 1A, CZĘŚĆ I. – Wykaz sprzętu i aparatury medycznej)

1. Lp.20. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pośrednią regulacją stosunku wdech/wydech w zakresie 1:99 – 3:1?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza respirator z pośrednią regulacją stosunku wdech/wydech w zakresie 1:99 – 3:1**

2. Lp.25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym procentowo kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ ASB w zakresie od 10% do 70%?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

3. Lp.26. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z triggerem przepływowym w zakresie 1 – 20 l/min? Czułość przepływowa poniżej 1 l/min może wywołać auto-cykl.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza respirator z triggerem przepływowym w zakresie 1 – 20 l/min.**

4. Lp.31. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z graficzną prezentacją ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia 2 krzywych jednocześnie na ekranie w różnej konfiguracji? Dodatkowo respirator nasz ma możliwość wyświetlania pętli oddechowych ciśnienie/objętość oraz przepływ objętość.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

Z poważaniem  
Kierownik Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  
w Tarnowskich Górach  
**DYREKTOR**  
dr n. med. Krystian Oleszczyk

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma  
na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353  
dn. ....2016r. ilość stron .....  
podpis i pieczęć osoby upoważnionej:.....

42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1, tel.: 32 384 70 71, 32 285 30 71, tel./fax 32 285 41 23  
e-mail: repty@repty.pl, www.repty.pl,



nr konta: PKO Bank Polski SA O/Bytom  
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411  
NIP: 645-00-09-346  
REGON: 000001701