



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DO-ZP-380-13/4/22

Tarnowskie Góry, dnia 19.09.2022r.

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „DOSTAWA I MONTAŻ CYFROWEGO STACJONARNEGO APARATU RTG ”, nr sprawy GCR/30/ZP/2022**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji warunków zamówienia:

### 1. Dotyczy PFU:

W związku rozbieżnościami proszę o wyjaśnienie poniższej kwestii:

W pfu jest zakres:

#### 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót adaptacyjnych w pomieszczeniach :sterowni, pokoju lekarza , przebieralni, przedsionka oraz pomieszczenia WC o łącznej powierzchni użytkowej 33,5 m2 do wymagań technologicznych i funkcjonalnych w zakresie obowiązujących przepisów prawa pod montaż i instalację nowego aparatu RTG , w tym przepisów techniczno-budowlanych.

Zakres prac projektowych i budowlanych obejmuje :- instalacja elektryczna, oświetleniowa ,ewakuacyjna i ostrzegawcza o trwających badaniach- instalacja komputerowa , teletechniczna i telefoniczna- roboty budowlano adaptacyjne (wymiana stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, ułożenie wykładziny podłogowej, zabudowa sufitu podwieszanego). Całość robót budowlanych należy projektować i wykonywać w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi Polskimi Normami


oraz poniżej wskazane ilość m2 powierzchni

#### 2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zestawienie powierzchni, wysokość pomieszczeń- powierzchnia użytkowa sterowni (2,50x1,50 i wysokości 2,97) - 3,75 m2,- powierzchnia użytkowa gabinetu lekarza (4,70x1,70 i wysokości 2,97)- 8 m2, - powierzchnia użytkowa przedsionka(1,50x1,40 i wysokości 2,97)- 17,6 m2,- powierzchnia użytkowa wc (1,50x1,40 i wysokości 2,97) - 2,10 m2- powierzchnia użytkowa przebieralni(1,50x1,40 i wysokości 2,97) - 2,10 m2

natomiast w rzucie z załącznika pokazany jest też gabinet rentgenowski który ma powierzchnię około 35m2

Proszę o podanie zakresu prac w tym właśnie gabinecie.



System zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105025128

ul. Śniadeckiego 1  
42-604 Tarnowskie Góry  
repty@repty.pl  
www.repty.pl

tel. 32 384 70 71  
tel. 32 285 30 71  
tel. 32 39 01 414  
tel/fax 32 285 41 23

NIP 645-000-93-46  
REGON 000291701  
PKO Bank Polski SA o/Bytom  
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że zakres prac adaptacyjnych wykazany jest w złączniku nr 1A i 1B (opcja) tj.**

- załącznik 1A obejmuje prace adaptacyjne w pomieszczeniach pracowni RTG i sterowni o łącznej powierzchni 38m<sup>2</sup>,

- załącznik 1B obejmuje prace adaptacyjne w następujących pomieszczeniach:

- pokoju lekarza (opisowym), przebieralni, przedsionku, pomieszczeniu wc o powierzchni łącznej 33,5m<sup>2</sup>.

**Razem powierzchnia pomieszczenia dla obydwu zakresów wynosi 71,5 m<sup>2</sup>.**

2. Dotyczy Załącznika nr 1 II Generator pkt 5 i 7

Czy Zamawiający dopuści generator o mocy większej (lepszej) niż wymagana, o maksymalnym czasie ekspozycji 5000 ms i zakresie obciążenie 0,5 – 800 mAs?

Są to parametry odpowiednie do wykonywania wszelkich projekcji kostno-płucnych, co więcej tak długiego czasu nie wykorzystuje się, ponieważ zawsze dąży się do jak najkrótszych ekspozycji.

Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

3. Dotyczy Załącznika nr 1 III Lampa rtg , kolimator pkt 11 i 14

Czy Zamawiający dopuści aparat z obrotem kolimatora +/-45<sup>0</sup> oraz bez wyświetlania obrazu na kołpaku?

Obraz jest widoczny w czasie kilku sekund na stacji technika, gdzie wykonuje się ekspozycję, a zakres obrotu +/-45<sup>0</sup> wystarczy do ustawienia dowolnego pola kolimacji.

Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

4. Dotyczy Załącznika nr 1 IV Zawieszona sufitowo kolumna lampy pkt 3, 4, 7

Czy Zamawiający dopuści aparat z manualnym ruchem lampy wzdłuż w zakresie 352 cm oraz w poprzek w zakresie 215 cm i z obrotem silnikowym lampy +/-137<sup>0</sup>? Takie funkcjonalności i parametry umożliwiają wygodną pracę, i wykonywanie badań kostno-płucnych.

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

5. Dotyczy Załącznika nr 1 IV Zawieszona sufitowo kolumna lampy pkt 9, 10

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg tylko z funkcją autocentrowania (silnikowego dopasowywania wysokości) lampy do środka stojaka do zdjęć odległościowych? Jest to najbardziej pomocne autocentrowanie.

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

6. Dotyczy Załącznika nr 1 V stół z pływającym podnoszonym blatem pkt 2, 11, 17

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości blatu 80 cm, z szynami widocznymi, ale wyrównanymi z powierzchnią przezierną (do 2 mm różnicy) aby ułatwić przemieszczanie pacjenta, z przyciskiem stop blokującym silnikowe ruchy aparatu? Stół taki jest bardzo łatwy w użytkowaniu i znacząco przewyższa większość innych wymagań Zamawiającego.

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

7. Dotyczy Załącznika nr 1 V stół z pływającym podnoszonym blatem pkt 19 i 20

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym po wybraniu trybu śledzenia na dotykowym monitorze przy lampie, szuflada z detektorem w stole śledzi ruch lampy wzdłuż stołu w zakresie min. 50 cm oraz podczas kątownia lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny środek detektora bez funkcji autocentrowania? System taki jest bardzo prosty w użytkowaniu, a obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

8. Dotyczy Załącznika nr 1 VI stojak do zdjęć odległościowych zmotoryzowany pkt 3

Czy Zamawiający dopuści statyw o zakresie ruchu środka detektora od podłogi od 31,5 cm do 175 cm manualnie w całym zakresie, z nieco mniejszym zakresem ruchu silnikowego? Taki zakres ruchu umożliwia wykonywanie zdjęć czaszki pacjentom o wysokości ponad 190 cm.

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

9. Dotyczy Załącznika nr 1 VI stojak do zdjęć odległościowych zmotoryzowany pkt 4 i 5  
Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania zdjęć odległościowych w zakresie min. 115 do 180 cm z odpowiednią kratką wyjmowaną bez użycia narzędzi o zakresie badań 115 – 180 cm? Takie rozwiązanie bardzo usprawnia pracę i eliminuje potrzebę ciągłych wymian kratek.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

10. Dotyczy Załącznika nr 1 VII Cyfrowy płaski detektor w statywie: tytuł sekcji, pkt 1, 9, 10, 11  
Czy Zamawiający dopuści w statywie zabudowany detektor, na stałe podpięty do systemu, dla którego nie określa się parametru IPX, ani wagi, ani nie wymienia się go między stołem i statywem? Na stałe podpięty, zabudowany detektor jest zawsze chroniony i gotowy do pracy.

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ.**

11. Dotyczy Załącznika nr 1 IX Konsola operatora 36

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe zapytanie, czy Zamawiający dopuści dostarczenie min. 2 akumulatorów do każdego oferowanego bezprzewodowego detektora?

Detektor zabudowany jest na stałe podpięty do zasilania i nie wymaga wymiennych akumulatorów.

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ.**

12. Dotyczy Załącznika nr 1 VIII Cyfrowy płaski detektor w stole wifi przenośny pkt 9, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści detektor bezprzewodowy do wykorzystania w stole i poza nim, o dużej powierzchni 43 x 43 cm +/- 1 cm, o IPX3 i masie 4,2 kg? Jest to duży detektor, którego nie trzeba obracać w szufladzie stołu, z rączką ułatwiającą przenoszenie i bardzo dobrymi parametrami jakościowymi (DQE, wielkość piksela).

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

13. Dotyczy Załącznika nr 1 IX Konsola operatora 3, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści konsolę operatora z procesorem dobranym przez producenta do potrzeb stacji, z oprogramowaniem opartym na ikonach, z nazwami programów w jęz. polskim, menu w j. angielskim i z instrukcją w j. polskim? Jest to bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze aparat.

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

14. Dotyczy Załącznika nr 1 IX Konsola operatora 23

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne aparat z podawaniem przyczyn odrzucenia zdjęcia z możliwością tworzenia i archiwizacji raportów?

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

15. Dotyczy Załącznika nr 1 IX Konsola operatora 26, 27, 29

Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiego typu oprogramowania? Jest ono niepotrzebne przy zdjęciach ortopedycznych i urazowych.

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

16. Dotyczy Załącznika nr 1 IX Konsola operatora 28 i 31

Czy Zamawiający dopuści aparat ze specjalnymi algorytmami umożliwiającymi wykonywanie swobodnych zdjęć bez kratki w bardzo dobrej jakości choć nie są one nazywane wirtualną kratką oraz z linijką, której można używać podczas wykonywania ekspozycji, aby mieć pewność, że pomiary wykonywane na wydruku będą prawidłowe?

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

17. Dotyczy Załącznika nr 1 IX Konsola operatora 30

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w tym punkcie wymaga, aby na stacji technika była dostępna informacja o sumarycznej dawce pacjenta?

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że wymaga aby na stacji technika była dostępna informacja o sumarycznej dawce pacjenta.**

18. Dotyczy Załącznika nr 1 IX Konsola operatora 34

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym nie wykorzystuje się pomiaru ROI do celów kontroli jakości tylko równoważnych metod dopuszczonych w polskim prawie w przypadku testów podstawowych i specjalistycznych?

Obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza aparatu w którym nie wykorzystuje się pomiaru ROI do celów kontroli jakości.**

19. Dotyczy Załącznika nr 1, I Wymagania ogólne pkt 2

Czy Zamawiający będzie wymagał aby także lampa pochodziła od jednego producenta?

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że nie wymaga aby lampa pochodziła od jednego producenta.**

20. Dotyczy Załącznika nr 1 III Lampa rtg, kolimator

Czy Zamawiający wprowadzi nowy punkt 20 i będzie w nim wymagał kamery w kolimatorze z podglądem widoku pacjenta w sterowni lub wprowadzi za takie rozwiązanie punkty np. +20 pkt?

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktacji.**

21. Dotyczy Załącznika nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie dodatkowej punktacji lub zmianę punktacji zgodnie z parametrami w tabeli poniżej?

V.7	Najniższa odległość blatu stołu od podłogi <56cm	<52 cm - 0 pkt ≥ 0 cm – 5 pkt TAK, PODAĆ	
V.18	Sterowanie stołem przyciskami ręcznymi	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt TAK/NIE	
VI.13	Wykonywanie badań kości długich o długości min. 130cm	<150cm - 0 pkt ≥150cm - 10pkt TAK, PODAĆ	
VII.6	Maksymalne DQE ≥ 70%	TAK, PODAĆ ≥ 80% - 20 pkt <80% - 0 pkt	
VIII.6	Maksymalne DQE ≥ 70%	TAK, PODAĆ ≥ 80% - 20 pkt <80% - 0 pkt	

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktacji.**

22. Dotyczy Załącznika nr 1 punkty II.1, V.2

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie punktacji w powyższych punktach? Częstotliwość powyżej kilkunastu kHz nie daje dodatkowych korzyści, podobnie już 80 cm wystarczy aby wygodnie układać pacjenta.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktacji.**

23. Dotyczy SWZ pkt. 6.1 lit. c)

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG?

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający dopuszcza i informuje, że w SWZ pkt. 6.1 lit. c) przewidział możliwość potwierdzenia spełnienia parametrów nie wyszczególnionych w ww. materiałach poprzez złożenie stosownego oświadczenia.**

**24. Dot. Realizacji / zapisów umowy** - Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie pracowni oraz na stosowanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu oraz wynikające z zobowiązania wykonania prac adaptacyjnych konieczne do odbioru przez PWIS. Tomograf oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca. Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. Dodatkowo uzyskanie zgody na stosowanie medycznych procedur radiologicznych pozostaje zupełnie poza zakresem kompetencji dostawcy sprzętu.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania pełnej dokumentacji związanej z realizowanym zamówieniem niezbędnej do złożenia wniosku do WSSE, po stronie Zamawiającego leży złożenie wniosku do WSSE, a postępowania administracyjne w tym przedmiocie, jak i uzyskanie samego zezwolenia nie są objęte zakresem zamówienia. Odpowiedzialność Wykonawcy za pozytywny odbiór aparatu przez WSSE polega na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji:**

a) Projektu pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej),

b) Dokumentacji technicznej aparatu,

c) Instrukcji obsługi aparatu,

d) Testów odbiorczych i specjalistycznych, pomiarów dozymetrycznych.

**25.** Wnosimy o uzależnienie kary umownej z par. 11, pkt 2 umowy od wartości postępowania i wprowadzenia zapisu – 0,1% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki.

Obniżenie kar spowoduje równość stron umowy co jest przedmiotem częstych orzeczeń sądów w Polsce.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w powyższym zakresie.**

**26.** Zgodnie z rozdz. III pkt 5 lit. e) SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania pełnej dokumentacji zezwalającej na złożenie wniosku do WSSE, jednocześnie w zdaniu kolejnym Zamawiający wskazał, iż Wykonawca odpowiedzialny jest za pozytywny odbiór aparatu przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdza, że w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania pełnej dokumentacji związanej z realizowanym zamówieniem niezbędnej do złożenia wniosku do WSSE, po stronie Zamawiającego leży złożenie wniosku do WSSE, a postępowania administracyjne w tym przedmiocie, jak i uzyskanie samego zezwolenia nie są objęte zakresem zamówienia?

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający potwierdza, że w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania pełnej dokumentacji związanej z realizowanym zamówieniem niezbędnej do złożenia wniosku do WSSE, po stronie Zamawiającego leży złożenie wniosku do WSSE, a postępowania administracyjne w tym przedmiocie, jak i uzyskanie samego zezwolenia nie są objęte zakresem zamówienia. Odpowiedzialność Wykonawcy za pozytywny odbiór aparatu przez WSSE polega na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji:**

a) Projektu pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej),

b) Dokumentacji technicznej aparatu,

c) Instrukcji obsługi aparatu,

d) Testów odbiorczych i specjalistycznych, pomiarów dozymetrycznych.

**27.** Czy w związku z treścią rozdz. III pkt 5 lit. e) SWZ Zamawiający potwierdzi, że od Wykonawcy oczekuje następującej dokumentacji? :

a) Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej),

- b) Dokumentację techniczną aparatu,
- c) Instrukcję obsługi aparatu,
- d) Testy odbiorcze i specjalistyczne, pomiary dozymetryczne.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający potwierdza, że oczekuje od Wykonawcy poniższej dokumentacji:**

- a) Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej),
- b) Dokumentację techniczną aparatu,
- c) Instrukcję obsługi aparatu,
- d) Testy odbiorcze i specjalistyczne, pomiary dozymetryczne.

**28. Pytanie do § 9 ust. 6 umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:**

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym, odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych.”

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w powyższym zakresie.**

**29. Pytanie do § 9 ust. 8 umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:**

„Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek w zakresie wykonanych robót budowlanych w terminach nie dłuższych niż 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia przez Zamawiającego i lub w innym, odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze.”

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w powyższym zakresie.**

**30. Pytanie do § 9 ust. 11 umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:**

„Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia braku możliwości korzystania z przedmiotu umowy z powodu istnienia wady, a w przypadku, gdy wada uniemożliwia korzystania z określonego elementu przedmiotu umowy okres gwarancji okres gwarancji gwarancja ulega przedłużeniu w stosunku wyłącznie to tych elementów.”

**Odpowiedz brzmi: Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w powyższym zakresie.**

**31. Pytanie do § 9 ust. 21 umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:**

„W razie trzykrotnej naprawy przedmiotu umowy tego samego podzespołu (części) urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu (części) urządzenia lub całego urządzenia na nowe, tożsame i wolny od wad.”

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 9 ust. 21 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ, w następujący sposób:**

„W razie trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu (części) urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu (części) urządzenia na nowe, tożsame i wolne od wad.”

**32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ust. 1 z § 11 umowy? Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz nałożenia Wykonawcy kary umownej w wysokości tożsamej, jak określona w ust. 1. Pozostawienie ust. 1 prowadzić może do sytuacji podwójnego karania Wykonawcy za identyczne naruszenie. Jednocześnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z powodu odstąpienia od umowy do 20% wynagrodzenia brutto?**

**Odpowiedz brzmi: Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w powyższym zakresie.**

**33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej określonej w § 11 ust. 2 umowy z 5.000 do 3.000 PLN?**

**Odpowiedz brzmi: Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w powyższym zakresie.**

**34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 11 ust. 6 umowy? Wykonawca wyjaśnia, że naruszenie czasu reakcji nie wywołuje u Zamawiającego negatywnych skutków, albowiem czas**

naprawy liczony jest od dnia zgłoszenia. O ile czas naprawy zostanie dochowany, Wykonawca nie powinien być karany za ewentualne naruszenie czasu reakcji.

**Odpowiedz brzmi: Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w powyższym zakresie.**

35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zasad naliczenia kary umownej określonej w §11 ust. 9 tak aby jej wysokość była liczona od wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz wynosiła 2 % tego wynagrodzenia? W przeciwnym razie wysokość kary umownej pozostaje rażąco zawyżona.

**Odpowiedz brzmi: Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w powyższym zakresie.**

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej określonej w § 11 ust. 10 umowy z 5% wynagrodzenia brutto umowy na 1.500 zł ? Wykonawca wyjaśnia że rodzaj naruszenia nie uzasadnia tak wysokiej kary umownej.

**Odpowiedz brzmi: Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w powyższym zakresie.**

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej określonej w § 11 ust. 11 i 12 umowy z 1% wynagrodzenia brutto umowy na 1.500 zł ? Wykonawca wyjaśnia że rodzaj naruszenia nie uzasadnia tak wysokiej kary umownej.

**Odpowiedz brzmi: Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w powyższym zakresie.**

38. Proszę o potwierdzenie, że zakres opracowania dot. remontu wyłącznie pomieszczenia badań RTG i sterowni?

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że zakres prac adaptacyjnych wykazany jest w załączniku nr 1A i 1B (opcja) tj.**

- załącznik 1A obejmuje prace adaptacyjne w pomieszczeniach pracowni RTG i sterowni o łącznej powierzchni 38m<sup>2</sup>,

- załącznik 1B obejmuje prace adaptacyjne w następujących pomieszczeniach:

- pokoju lekarza (opisowym), przebieralni, przedsionku, pomieszczeniu wc o powierzchni łącznej 33,5m<sup>2</sup>.

**Razem powierzchnia pomieszczenia dla obydwu zakresów wynosi 71,5 m<sup>2</sup> .**

39. Proszę o wskazanie rozdzielni elektrycznej z której miałby być zasilany aparat RTG?

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że rozdzielnia elektryczna (docelowa) zlokalizowana jest w pawilonie J- niski parter.**

40. Jaka jest szacunkowa odległość (mb) rozdzielni z której miałby być zasilany aparat RTG do miejsca posadowienia RTG?

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że odległość rozdzielni elektrycznej do miejsca posadowienia aparatu wynosi ok. 80mb.**

41. Czy Zamawiający dysponuje zapasem mocy w rozdzielni z której planuje zasilić RTG rzędu 70kW?

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dysponuje rezerwą mocy w rozdzielni, z której planuje zasilić aparat RTG.**

42. Proszę o podanie szacunkowej odległości miejsca wpięcia się sieci LAN do miejsca sterowni RTG.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że odległość miejsca wpięcia sieci LAN do miejsca w sterowni RTG wynosi ok. 30 mb. Standard sieci posiadanej to 6a.**

43. Czy Zamawiający potwierdza, że zakres prac adaptacyjny nie obejmuje robót z zakresu wentylacji i klimatyzacji?

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający potwierdza, że zakres prac adaptacyjnych nie obejmuje robót z zakresu wentylacji i klimatyzacji.**

44. Czy Zamawiający posiada dokumentację konstrukcyjną części w której będzie posadowiony RTG (rzuty, przekroje) oraz czy ją udostępni?

Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że posiada (szczętkową) archiwalną dokumentację projektową w zakresie:

- kanał instalacyjny i fundamenty ram,
- rygle podścienne i stropy,
- nadproża i gzymsy,
- stropy nad niskim i wysokim parterem,
- kanały podłogowe,
- ramy,
- rzut niskiego parteru paw. J ( projekt techniczno-roboczy),
- rzut podpiwniczenia.

45. Proszę o informację, czy miejsce w którym planowane jest posadowienie RTG jest podpiwniczone lub przebiegają pod nim jakieś kanały technologiczne?

Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że Pracownia RTG nie jest podpiwniczona, kanały instalacyjne przebiegają pod korytarzem paw. J niski parter.

46. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o ustanowieniu Kierownika Budowy w przypadku, gdy okaże się że adaptacja pomieszczeń nie będzie wymagać pozwolenia na budowę?

Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że podtrzymuje stanowisko o ustanowieniu kierownika budowy.

47. Czy w przypadku gdy zakres adaptacji będzie obejmował roboty które będą musiały być objęte pozwoleniem na budowę – Zamawiający przedłuży termin realizacji o czas postępowania administracyjnego?

Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie przewiduje robót adaptacyjnych, które wymagałyby konieczności pozyskanie pozwolenia na budowę.

48. Czy Zamawiający udostępni projekt osłon stałych starego aparatu RTG?

Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że udostępni projekt osłon stałych starego aparatu RTG.

49. Czy w zakresie postępowania przetargowego jest również demontaż starego aparatu i jego utylizacja? Jeśli nie to czy Zamawiający pozwoli na pozostawienie posadzki, która znajduje się bezpośrednio pod aparatem z odpowiednim dostosowaniem posadzki w okół posadowienia starego aparatu (wylewka do podstawy oraz wykładzina do podstawy starego aparatu)?

Odpowiedz brzmi: Zamawiający potwierdza, że demontaż starych aparatów RTG i ich utylizacja mieści się w zakresie postępowania przetargowego.

50. Prosimy o udostępnienie pomiarów istniejących instalacji wentylacyjnych.

Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że udostępni pomiary istniejących instalacji wentylacyjnych dla pracowni RTG.

51. Czy kanały elektryczne mają być odsłonięte jak to jest wykonane obecnie w pracowni i zamaskowane odpowiednio wykładziną?

Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że istniejące kanały elektryczne muszą pozostać i być dostępne. Stalowe płyty należy odrestaurować i pomalować.

52. Czy Zamawiający może określić dokładnie jakiej zabudowy meblowej oczekuje w sterowni oraz pokoju opisowym? Czy będzie wymagał tylko podstawowych gotowych mebli (nie robionych na wymiar)?

Przy obecnej sytuacji rynkowej okres oczekiwania na meble robione na zamówienie jest wydłużony i istnieje zagrożenie, że wykonanie takich mebli nie będzie możliwe do wskazanego przez Zamawiającego terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że wymaga podstawowej zabudowy meblowej, wymaganej dla sprzętu i obsługi pracowni RTG w tym stanowiska opisowego dla lekarza radiologa. Zabudowa obejmuje biurko, fotel, zamykane szafy na dokumenty. Dopuszcza się dostawę gotowych mebli, nie ma konieczności zamawiania mebli wykonanych na wymiar.

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dn. 15.12.2022 r.?



Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę złożoność zamówienia jak i przewidziane w dokumentacji przetargowej zamówienie opcjonalne, obecny termin ustalony przez Zamawiającego może okazać się niewystarczającym. Wykonawca na etapie składania oferty nie jest w stanie przewidzieć kiedy nastąpi rozstrzygnięcie oraz podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, a tym samym składając ofertę ponosi ogromne ryzyko, że nie będzie w stanie wykonać zamówienia w tak krótkim terminie. Jednocześnie, wykonawca jest związany ofertą do dn. 21.12.2022 r. czyli już po terminie przewidzianym na wykonanie zamówienia, co nie pozwala, bez utraty wadium, na wycofanie się ze złożonej oferty nawet jeśli Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy na dzień przed terminem wykonania.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia.**

54. Dot. załącznika nr 1 do SWZ pkt. XIV.4 DRUKARKA „Przynajmniej dwa podajniki papieru: min. 250 arkuszy oraz podajnik (taca np. na koperty) na minimum 150 arkuszy”.

Czy Zamawiającemu w pkt. 4 chodzi o podajnik papieru na minimum 250 arkuszy oraz o tacę odbiorczą na minimum 150 arkuszy papieru?”

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało dwa podajniki papieru o pojemnościach: jeden min. 250 arkuszy i drugi min. 150 arkuszy.**

55. Dot. załącznika nr 1 do SWZ – pkt. XI - OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ.

Zamawiający nie określił wymogu dostawy sprzętu stacji diagnostycznej, a wyspecyfikował jedynie oprogramowanie, które ma znajdować się na takiej stacji. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał dostarczenie sprzętu (komputer, monitory) na którym będzie możliwość zainstalowania ww. oprogramowanie, który jednocześnie będzie zgodny z obecnymi wymogami prawnymi?

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia sprzętu (komputer, monitory), o poniższych parametrach, na którym będzie możliwość zainstalowania oprogramowania. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ poprzez dodanie pkt XV. STACJA OPISOWA RTG.**

1.	Dedykowana stacja do opisu badań RTG, zgodna z aktualnymi wymaganiami ministerstwa zdrowia.	TAK
2.	Sprzęt komputerowy – jednostka główna o parametrach minimalnych: procesor min. 8 wątkowy, pamięć min. 8 GB, dysk twardy min 500 GB typu SSD, system operacyjny oraz oprogramowanie z dożywotnią licencją. Dodatkowe akcesoria: Mysz, klawiatura, podkładka pod mysz.	TAK
3.	Stacja wyposażona w trzy monitory w tym 2 monitory monochromatyczne pracujące w układzie pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta, o rozdzielczości min. 2 MP, przekątna ekranu lub pola obrazowego min. 47,5 cm, minimalna luminancja: 400 cd/m <sup>2</sup> ; minimalny kontrast: 400/1, posiadające kalibrację sprzętową DICOM (wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia). Trzeci monitor kolorowy o przekątnej min 21”, służący do opisu badania. Zamawiający dopuszcza dostarczenie monitorów kolorowych z opcją wyświetlania obrazów monochromatycznych spełniających wszystkie wymagania, które są zawarte w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej	TAK
4.	Dedykowana karta graficzna do wyświetlania obrazów RTG.	TAK
5.	Możliwość wyszukiwania i pobrania wcześniejszych badań pacjenta z serwera PACS	TAK
6.	Import danych zapisanych w formacie DICOM na dysku lokalnym lub nośnikach CD/DVD	TAK

7.	Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z dedykowaną przeglądarką DICOM do przeglądania zdjęć RTG.	TAK
----	--	-----

56. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG (rozd. I pkt. 2 zał. nr 1 do SWZ), którego istotne elementy składowe są wytwarzane przez różnych producentów, natomiast cały aparat jest montowany i konfigurowany przez jednego wytwórcę oraz całość jest objęta jednym, wspólnym certyfikatem CE. Należy zwrócić uwagę, że dzisiejsza globalna produkcja opiera się na wyspecjalizowanych producentach, ekspertach w swoich wąskich dziedzinach. Coraz mniej jest firm, które w 100% samodzielnie wytwarzają całość swoich produktów, raczej większość bazuje na podwykonawcach i w momencie procesu technologicznego nadaje podzespołom swoje oznaczenia co nie jest jednoznaczne z wyprodukowaniem. Postawienie przez Zamawiającego takiego wymogu w znacznym stopniu ogranicza ilość potencjalnych oferentów. Ponadto - takie wymaganie nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego, ponieważ za całe urządzenie i tak odpowiada jego wytwórca.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w rozdz. V pkt. 2 stołu którego szerokość blatu wynosi 80,6cm a nie jak wymaga Zamawiający  $\geq 86$ cm. Jest to różnica praktycznie niewyczuwalna, która nie ma wpływu na ilość i jakość wykonywanych badań diagnostycznych. Parametr ten w żaden sposób nie wpływa negatywnie na zakres działania aparatu czy wygodę i bezpieczeństwo pacjenta. Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w rozdz. V pkt. 2 stołu którego poprzeczny zakres ruchu blatu wynosi 26cm a nie jak wymaga Zamawiający  $\geq 28$ cm. Jest to różnica praktycznie niewyczuwalna, która nie ma wpływu na ilość i jakość wykonywanych badań diagnostycznych. Parametr ten w żaden sposób nie wpływa negatywnie na zakres działania aparatu czy wygodę i bezpieczeństwo pacjenta. Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w rozdz. V pkt. 11 blatu stołu który nie jest całkowicie płaski. Ramy w stole są bardzo niewielkie jednak niezbędne, gdyż wzmacniają strukturę blatu stołu i umożliwiają zainstalowanie dodatkowych akcesoriów używanych w trakcie wykonywania badań typu pasy lub uchwyt do wykonywania badań bocznych na stole bez konieczności obracania pacjenta. Rany w naszym stole w żaden sposób nie utrudniają procesu dezynfekcji i czyszczenia stołu.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

60. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w rozdz. VI pkt. 3 stojaka do zdjęć odległościowych którego zakres ruchu pionowego wynosi 152cm a nie jak wymaga Zamawiający  $\geq 165$ cm. Jest to niewielka różnica, która nie ma wpływu na ilość i jakość wykonywanych badań diagnostycznych. Parametr ten w żaden sposób nie wpływa negatywnie na zakres działania aparatu czy wygodę i bezpieczeństwo pacjenta. Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty która nie podlegała by odrzuceniu.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

61. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG, którego klasa ochronności detektora wynosi IP54 zamiast wymaganego min. IPX7. Jako Wykonawca chcemy zaproponować wysokiej klasy aparat RTG a wspomniana klasa ochrony IP54 odpowiada po pierwsze ochronę przed pyłem; ograniczone przedostawanie się do środka (brak szkodliwych osadów) a po drugie ochronę przed rozpryskującą się wodą – takie wartości zdają się być wystarczające w przypadku funkcjonowania detektora w pracowni RTG bez szkody dla poprawności funkcjonowania aparatu, przeprowadzanych badań i otrzymywanych wyników. Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty która nie podlegała by odrzuceniu.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w rozdz. VIII pkt. 10 detektor którego waga wynosi 3,3kg a nie jak wymaga zamawiający <3,2kg. Jest to różnica 100g. praktycznie niewyczuwalna, która nie ma wpływu na ilość i jakość wykonywanych badań diagnostycznych. Parametr ten w żaden sposób nie wpływa negatywnie na zakres działania aparatu czy wygodę i bezpieczeństwo pacjenta. Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór.

**Odpowiedz brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

**Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ wraz z załącznikami są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem

*Z up. G. u. l. h. o. r. e.*  
**KIEROWNIK  
DZIAŁU ORGANIZACJI**  
*Paweł Korzeniowski*

