

DA- AZP- 380- 6/19/18

Tarnowskie Góry, 18.05.2018r.

WSZYSCY UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA
PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego”, nr sprawy GCR/24/ZP/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

CZEŚĆ nr 2, poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową nieprzylepną w rozmiarze 45x75cm z otworem centralnym 6x8cm?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ nr 3, poz. 1

2. Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton bez zmrożonej powierzchni?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ nr 4, poz. 1

3. Czy Zamawiający dopuści opatrunek indywidualnie pakowany w zbiorczym opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę bądź z podaniem ceny za 50szt dla łatwiejszego porównania ofert?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10x14cm, pakowanego pojedynczo w opakowania zbiorcze a'100szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli 8 x op.a'100szt ?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


5. Czy Zamawiający dopuszcza przezroczysty, samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, jak na rysunku poniżej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.



6. Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek w z wycięciem, ze skrzydełkami wzmocnionymi włókniną . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.





7. Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowny po 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowny po 25 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

CZEŚĆ nr 5, poz. 1

9. Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane łącznie z zatyczką w sterylnym opakowaniu?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

CZEŚĆ nr 7, poz. 1

10. Czy Zamawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przezroczystą? Jeżeli nie to prosimy o podanie sposobu mierzenia komory w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i możliwości porównania ofert.
Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających gumkę lub opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wymaga.

12. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wymaga.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów z komorą kroplową wolną od PVC? Komora wolna od PVC jest bardziej przejrzysta i elastyczna co znacznie poprawia komfort pracy personelu.
Odpowiedź brzmi: Zamawiający wyraża zgodę.

14. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia papier?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający potwierdza.

15. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z zaciskaczem wyposażonych w uchwyt na dren?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ nr 7, poz. 2

17. Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z mankietem w kolorze cielistym w opakowaniu typu folia - papier?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ nr 11

18. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie:
Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.



Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego II


Skład zestawu*:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych Peňa-soft nitrile fino, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm (banierowa)
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem (banierowa)
- 1 x żel posilgowy w saszetce 2,7 g
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

Opakowanie:

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyn, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nierka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.



CZĘŚĆ nr 12 poz. 1

19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, sterylizowanego parą wodną, nie posiadającego w swoim składzie szkodliwych substancje konserwujące takich jak parabeny, ze składem chemicznym na opakowaniu zbiorczym, data ważności na indywidualnym opakowaniu papier-folia w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

20. W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

CZĘŚĆ nr 14, poz. 2

21. Czy Zamawiający dopuści termometr lekarski z zakresem pomiaru 35-42 st.?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

CZĘŚĆ nr 15, poz. 1

22. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kaniulę spełniającą opis w SIWZ w rozmiarze 18G(1,3x45mm) posiadającą przepływ 90 ml/min?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

23. poz. 17. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kieliszek szklany bez skali numerycznej?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

24. Z uwagi na to, że nie wszystkie produkty w części 15 są wyrobami medycznymi, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyrobów, które posiadają VAT 23% i nie są wyrobami medycznymi?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

CZĘŚĆ nr 17

25. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga szczoteczek do zębów z możliwością odsysania pokrytych dwuwęglanem sodu?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.



CZĘŚĆ nr 20

26. Zamawiający wymaga podkładu chłonnego z bawełnianymi skrzydełkami. W ofercie posiadamy podkłady z bawełniano-poliestrowymi skrzydełkami. Dzięki poliesterowi skrzydełka są bardziej wytrzymałe na zniszczenia.

Czy Zamawiający dopuści bawełniano-poliestrowe skrzydełka? Pozostałe parametry skrzydełek zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

27. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów o bardzo wysokim, lecz nie zbadanym poziomie chłonności?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

28. Zamawiający wymaga, aby temperatura prania podkładów wynosiła 95°C. Oferowany przez nas asortyment wykonany jest z tkaniny, która nie wymaga prania wysokotemperaturowego.

Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne o możliwości prania do temperatury 60°C?

Obniżona temperatura prania pozytywnie wpływa na właściwości tkanin, poza tym ma aspekt ekologiczny.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

29. Czy Zamawiający dopuści podkłady zachowujące właściwości do 150 prąń?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania do projektu umowy:

30. Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający potwierdza.

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 9 ust1 lit. a), b) słowa „opóźnienie” słowem „zwłoki”. Uzasadnione jest, aby kara umowna naliczana była jedynie w przypadku zawinionego przez wykonawcę niedotrzymania terminu dostawy.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ

32. Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w § 9 ust1 lit. a), b) do wysokości 100 zł?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto informujemy, iż wyłączenia kary umownej Zamawiający uregulował w § 9 ust 2.

33. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 9, ust. 1

34. Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §9 ust. 1 ppkt.a - do kwoty 0,5% wartości niezrealizowanej w terminie części dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru,

- §9 ust. 1 ppkt. b - do kwoty 0,5% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto informujemy, iż wyłączenia kary umownej Zamawiający uregulował w § 9 ust 2.

Z poważaniem
Kierownik Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
w Tarnowskich Górach
DYREKTOR
dr n. med. Krystian Oleszczyk

