



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DA-AZP-380-16/4/20

Tarnowskie Góry, dnia 12.10.2020r.

**WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA  
PRZETARGOWEGO**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i leków”, nr sprawy GCR/60/ZP/2020**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Część nr 1**

Część nr 1, poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści baseny płaskie o poj. 2L o wym. 365x270x85mm?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

Część nr 1, poz. 1

2. Czy Zamawiający dopuści baseny płaskie w op.a'120szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza baseny płaskie w op.a'120szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

Część nr 1, poz. 3

3. Czy Zamawiający dopuści miski ogólnego zastosowania o poj. 4L o wym. 315x255x1100mm?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

Część nr 1, poz. 3

4. Czy Zamawiający dopuści miski ogólnego zastosowania z czasem nasiąkania:>4 godzin?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.**

Część nr 1, poz. 4

5. Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o wym: 245x115x50mm?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

Część nr 1, poz. 4


6. Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate w op.a'300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza miski nerkowate w op.a'300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

Część nr 1, poz. 5

7. Czy Zamawiający dopuści kaczki męskie o wym. 245x105x125mm?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**



System zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105025128

ul. Śniadeckiego 1  
42-604 Tarnowskie Góry

repty@repty.pl  
www.repty.pl

tel. 32 384 70 71  
tel. 32 285 30 71

tel. 32 39 01 414  
tel/fax 32 285 41 23

NIP 645-000-93-46  
REGON 000291701

PKO Bank Polski SA o/Bytom  
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

**Część nr 2, poz. 1**

8. Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, których średnia siła zrywu przed starzeniem to 7N oraz przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN-16523-1?  
**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Część nr 4 poz. 4**

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiągnięciem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...].

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek, w ilości 900 opakowań.**

**Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem  
Kierownik Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  
w Tarnowskich Górach  
**DYREKTOR**  
*Norbert Komar*