



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DO-ZP-382-20/4./22

Tarnowskie Góry, dnia 21 WRZ. 2022

**WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowania pn.: „Dostawa sprzętu fizjoterapeutycznego”, nr sprawy GCR/32/W/2022 .**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. opisu przedmiotu zamówienia.

**Dotyczy Części nr 2. – Stół do terapii metodami Bobath z elektrycznym leżem – 3 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu z wygodnym elektrycznym systemem regulacji wysokości za pomocą przełącznika nożnego w postaci ramki wokół podstawy stołu?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania stołu z elektrycznym systemem regulacji wysokości za pomocą przełącznika nożnego w postaci ramki wokół podstawy stołu.**

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu o masie nie przekraczającej 150kg?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania stołu o masie nie przekraczającej 150kg.**

3. Czy Zamawiający w związku z przeznaczeniem stołu będzie wymagał większego maksymalnego obciążenia stołu ? dynamicznego 200 kg a statycznego 350 kg?

Podczas pracy z pacjentami neurologicznymi bardzo często występuje sytuacja, kiedy pacjent i terapeuta w trakcie terapii obciążają jednocześnie całym swoim ciężarem konstrukcję stołu.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania stołu o maksymalnym obciążeniu dynamicznym 200 kg a statycznym 350 kg.**



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID: 9105025128

ul. Śniadeckiego 1  
42-604 Tarnowskie Góry  
repty@repty.pl  
www.repty.pl

tel. 32 384 70 71  
tel. 32 285 30 71  
tel. 32 39 01 414  
tel/fax 32 285 41 23

NIP 645-000-93-46  
REGON 000291701  
PKO Bank Polski SA o/Bytom  
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

**Dotyczy Części nr 3 – Elektryczny stół do masażu z pilotem ręcznym – 1 szt.**

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego w zakresie 48-96 cm ?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania stołu z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego w zakresie 48-96 cm.**

5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu o masie nie przekraczającej 110 kg., długości tapicerki 202-205 cm i szerokości 69cm?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania stołu o masie nie przekraczającej 110 kg, długości tapicerki 202-205 cm i szerokości 69 cm.**

**Dotyczy Części nr 19 – Lampa Solux – lampa emitująca światło podczerwone – 1 szt.**

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania lampy o wadze nie większej niż 23 kg, i wymiarach (dł. x szer. x wys.): 740 x 480 x min. 1170 mm, max. 1760?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania lampy o wadze nie większej niż 23 kg, i wymiarach (dł. x szer. x wys.): 740 x 480 x min. 1170 mm, max. 1760.**

Z poważaniem  
Kierownik Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"REPIY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  
w Tarnowskich Górach  
**DYREKTOR**  
*Norbert Komar*