



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DO-ZP-382-28/5/22

Tarnowskie Góry, dnia 15 LIS. 2022

**WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowania pn.: Dostawa ślizgów do przemieszczania pacjentów, nr sprawy GCR/43/W/2022.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. opisu przedmiotu zamówienia.

1. Prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości składania ofert na poszczególne pozycje.**

**Dotyczy poz. nr 1**

2. Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgów ze śliskiego nylonu do wykonywania czynności obracania, przemieszczania w górę i w dół łóżka, w formie rękawa o wymiarach 72x71 cm lub 122x71 cm, wykonanych z materiału nadającego się do prania.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza łatwoślizgów ze śliskiego nylonu do wykonywania czynności obracania, przemieszczania w górę i w dół łóżka, w formie rękawa o wymiarach 72x71 cm lub 122x71 cm, wykonanych z materiału nadającego się do prania.**

3. Prosimy o odstąpienie od wymogu podnoszenia z podłogi, uchwytów oraz wkładki plastikowej i piankowej.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgodny na odstąpienie od wymogu podnoszenia z odłogi, uchwytów oraz wkładki plastikowej i piankowej.**

**Dotyczy poz. nr 2**

4. Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgów ze śliskiego nylonu do wykonywania czynności obracania, przemieszczania w górę i w dół łóżka, w formie rękawa o wymiarach 90x200 cm, z wszytymi 8 uchwytami wspierającymi przesuwanie pacjenta w poziomie.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza łatwoślizgów ze śliskiego nylonu do wykonywania czynności obracania, przemieszczania w górę i w dół łóżka, w formie rękawa o wymiarach 90x200 cm, z wszytymi 8 uchwytami wspierającymi przesuwanie pacjenta w poziomie.**



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105025128

ul. Śniadeckiego 1  
42-604 Tarnowskie Góry  
repty@repty.pl  
www.repty.pl

tel. 32 384 70 71  
tel. 32 285 30 71  
tel. 32 39 01 414  
tel/fax 32 285 41 23

NIP 645-000-93-46  
REGON 000291701  
PKO Bank Polski SA o/Bytom  
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

5. Prosimy o odstąpienie od wymogu podnoszenia z podłogi, uchwytów oraz wkładki plastikowej i piankowej.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgodny na odstąpienie od wymogu podnoszenia z odłogi, uchwytów oraz wkładki plastikowej i piankowej.**

Dotyczy poz. nr 3

6. Prosimy o dopuszczenie średnicy fi. 42 cm.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza średnicy fi. 42 cm.**

7. Czy Zamawiający oczekuje aby platforma posiadała wyprofilowany uchwyt do przenoszenia.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie wymaga aby platforma posiadała wyprofilowany uchwyt do przenoszenia.**

Z poważaniem  
Kierownik Zamawiającego

Samodzielny Państwowy Zakład Usług Zdrowotnej  
"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  
w Tarnowskich Górach  
**DYREKTOR**  
*Norbert Komar*