



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DO-ZP-380-3/2/22

Tarnowskie Góry, dnia 29 MAR. 2022

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu zwiększającego ergonomię na stanowiskach pracy”, nr sprawy GCR/5/ZP/2022**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji warunków zamówienia:

### Część nr 1. Ergonomiczny stół zabiegowy/ do masażu – 15 szt.

1. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę zgodnie z założeniami projektu stanowiącymi poprawę ergonomii pracy terapeuty będzie oczekiwał lub wymagał innowacyjnego rozwiązania w postaci systemu płynnej, bezśrubowej regulacji boczków zagłówka opartym o mechanizm przesuwny z blokadą ?  
Zmiana wysokości boczków zagłówka odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii co znacznie ułatwia i przyspiesza zmianę ustawień.

**Odpowiedź brzmi: Mając na uwadze założenia projektu „Dobra ergonomia pracy = Przyjazny Pracodawca!”, Zamawiający wymaga rozwiązania w postaci systemu płynnej, bezśrubowej regulacji boczków zagłówka, opartego o mechanizm przesuwny z blokadą.**

### Część nr 3. Kozetki elektryczne – 19 szt.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu z zakresem regulacji wysokości co do sposobu zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, lecz z tolerancją w zakresie +/- 2 cm do wymaganej?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z zakresem regulacji wysokości z tolerancją w zakresie +/- 2 cm do wymaganej.**

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu gdzie dynamiczne obciążenie (nośność) będzie wynosiło minimum 200kg i bezpieczne obciążenie robocze (statyczne) będzie wynosiło 300kg?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu gdzie dynamiczne obciążenie (nośność) będzie wynosiło minimum 200kg i bezpieczne obciążenie robocze (statyczne) będzie wynosiło 300kg.**

4. Proszę o wyjaśnienie zapisów w pkt. 7 i 14 gdzie prawdopodobnie wkradła się pomyłka.  
Opisany stół ze względu na swoją konstrukcję (2 sekcje stołu ) jest fizycznie niewykonalny zgodnie z opisanymi wymogami zawartymi w pkt. 7 (pozycja pivota sterowana elektronicznie dwoma przełącznikami po obu stronach stołu i 14 (zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105025128

ul. Śniadeckiego 1  
42-604 Tarnowskie Góry  
repty@repty.pl  
www.repty.pl

tel. 32 384 70 71  
tel. 32 285 30 71  
tel. 32 39 01 414  
tel/fax 32 285 41 23

NIP 645-000-93-46  
REGON 000291701  
PKO Bank Polski SA o/Bytom  
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

umiejscowiony w podstawie stołu ). Takie zapisy mogą dotyczyć stołów 3,5 lub 7 sekcyjnych.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 3 poprzez wykreślenie wymagań opisanych w pkt. 7 i 14 Załącznika nr 1A.**

5. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę zgodnie z założeniami projektu stanowiącymi poprawę ergonomii pracy terapeuty będzie oczekiwał lub wymagał stołu z pełnym systemem jezdnym składającym się z 4 unoszonych kółek kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowy stopek co znacznie ułatwi i wpłynie na poprawę ergonomii pracy?

**Odpowiedź brzmi: Mając na uwadze założenia projektu „Dobra ergonomia pracy = Przyjazny Pracodawca!”, Zamawiający wymaga stołu z pełnym systemem jezdnym składającym się z 4 unoszonych kółek kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowy stopek.**

Z poważaniem  
Kierownik Zamawiającego

~~Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  
w Wernowickich Górach  
DYREKTOR  
Norbert Komar~~