



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**"REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI**  
im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DA-AZP-380- 5/9/21

Tarnowskie Góry, dnia 23.06.2021r.

**WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA  
PRZETARGOWEGO**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu i wyposażenia zwiększającego ergonomię na stanowiskach pracy, nr GCR/20/ZP/2021**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji warunków zamówienia:

**Część nr 14. Podnośniki pacjentów przenośne – 30 szt.**

**Punkt 1-** Prosimy o doprecyzowania oczekiwanej nośności podnośnika – w pkt. 1 Zamawiający wymaga 185 kg, natomiast w pkt 25 wymaga nosidła o nośności do 275 kg.

W przypadku oczekiwanej nośności podnośnika do 275 kg prosimy o dopuszczenie lepszego parametru, tj. do 300 kg.

W przypadku oczekiwanej nośności podnośnika do 185 kg prosimy o dopuszczenie tolerancji  $\pm 5$ kg.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający podtrzymuje opis pkt. 1 – maksymalny udźwig 185 kg.**

**Punkt 12-**prosimy o odstąpienie od wymogu i dopuszczenie wieszaka 4 punktowego zamontowanego na stałe.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Punkt 13-**prosimy o dopuszczenie uchwytów wykonanych ze stali malowanej epoksydowo, nadającej się do dezynfekcji.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.**

**Punkt 14 -** Prosimy o odstąpienie od wymogu haków, które same się zatrzaskują i dopuszczenie wieszaków umożliwiających stabilne zamocowanie nosideł bez konieczności stosowania haków samozatrzaskujących, jak na zdjęciu poniżej.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**



System zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105025128

ul. Śniadeckiego 1  
42-604 Tarnowskie Góry

repty@repty.pl  
www.repty.pl

tel. 32 384 70 71  
tel. 32 285 30 71

tel. 32 39 01 414  
tel/fax 32 285 41 23

NIP 645-000-93-46  
REGON 000291701

PKO Bank Polski SA o/Bytom  
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

**Punkt 15-**prosimy o odstąpienie od wymogu i dopuszczenie wieszaka 4 punktowego zamontowanego na stałe.  
**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Punkt 16-**prosimy o dopuszczenie maksymalnego poziomu głośności 55dBa.  
**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Punkt 17 do 24-** prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach:

- A. Całkowita długość: 125 cm
- B. Minimalna wysokość podnoszenia: 55 cm
- C. Maksymalna wysokość podnoszenia: 182 cm
- D. Wysokość całkowita: 125 cm
- E. Wysokość ramy: 11 cm
- F. Minimalna szerokość podstawy: 73 cm
- G. Maksymalna szerokość podstawy: 105 cm
- H. Promień skrętu: 143 cm

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Lub**

**Punkt 17 do 24-** prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach:

- A. Długość całkowita: 119 cm
- B. Minimalna wysokość podnoszenia: 57 cm
- C. Maksymalna wysokość podnoszenia: 180 cm
- D. Wysokość całkowita: 132 cm
- E. Wysokość ramy: 8,5 cm
- F. Minimalna szerokość podstawy: 66 cm
- G. Maksymalna szerokość podstawy: 114 cm
- H. Promień skrętu: 133 cm

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Część nr 17. Elektryczny pionizator bierny– 15 szt.**

**Punkt 9 i 10-** prosimy o odstąpienie od wymogu kąta regulacji nachylenia stabilizatora kolan, w przypadku zaoferowania elastycznego stabilizatora, który dopasowuje się do pozycji pacjenta

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Punkt 12-** prosimy o dopuszczenie uchwytów wykonanych ze stali malowanej epoksydowo, nadającej się do dezynfekcji.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.**

**Punkt 13-**Prosimy o odstąpienie od wymogu haków, które same się zatrzaskują i dopuszczenie wieszaków umożliwiających stabilne zamocowanie nosideł bez konieczności stosowania haków samozatrzaskujących

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Punkt 14 – 21-** prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach:

- A. Całkowita długość: 100 cm
- B. Minimalna wysokość podnoszenia: 82 cm
- C. Maksymalna wysokość podnoszenia: 135 cm
- D. Wysokość całkowita: 106 cm
- E. Wysokość ramy: 11 cm
- F. Minimalna szerokość podstawy: 54 cm
- G. Maksymalna szerokość podstawy: 100 cm
- H. Promień skrętu: 110 cm

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Część nr 18. Ślizgi do przemieszczania pacjentów – 18 szt.**

**Pozycja 1** -Prosimy o odstąpienie od wymogu wkładu plastikowo-piankowego i dopuszczenie łatwoślizgu o wymiarach 200x70 cm z uchwytemi wszytymi wzdłuż 3 krawędzi - jak na zdjęciu poniżej, spełniającego pozostałe wymogi.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pozycja 2**-Prosimy o odstąpienie od wymogu wkładu plastikowo-piankowego i dopuszczenie łatwoślizgu o wymiarach 200x90 cm z 8 uchwytemi – po cztery z każdej strony - jak na zdjęciu poniżej, spełniającego pozostałe wymogi

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Poz. 3** czy zamawiający oczekuje aby platforma posiadała uchwyt do przenoszenia?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.**

W przypadku negatywnej odpowiedzi do poz. 1 i 2 prosimy o wydzielenie poz. 3 do oddzielnego zadania

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z poważaniem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  
w Tarnowskich Górach  
**D Y R E K T O R**  
*Norbert Komar*

